


# 检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No:200107159

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: XLCH-5002-44

共3页 第1页



委托单位	东莞市以安劳保用品有限公司 地址: 东莞市万江街道简沙洲社区清水凹第十座厂房二楼A1区		
客户认定信息	一次性防护口罩 60个 批号款号: A306		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-04-30
		报告签发日期	2020-05-15
判定依据	GB/T 32610-2016 《日常防护型口罩技术规范》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	外观要求[10个]	GB/T 32610-2016	符合
	吸气阻力	GB/T 32610-2016	符合
	呼气阻力	GB/T 32610-2016	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		



 签发: 郭子山 高级工程师 **郭子山**

# 样品图片

(电子版)

No:200107159

共3页 第2页



# 检验检测报告附页 (电子版)

No: 200107159

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●外观要求[10个]	GB/T 32610-2016 6.1	口罩表面不应有破损、油污斑渍、变形及其他明显的缺陷。	符合要求	符合	
●吸气阻力(Pa)	GB/T 32610-2016 6.7 头模: 中号	≤175	未处理样品: 1# 106.2 2# 104.7 预处理样品: 1# 96.6 2# 97.4	符合	
●呼气阻力(Pa)	GB/T 32610-2016 6.8 头模: 中号	≤145	未处理样品: 1# 85.7 2# 86.2 预处理样品: 1# 83.1 2# 85.2	符合	
备注	(本栏空白)				



——本报告结束——